

# PHILIPS

## Serviceschein

**Auftrag:** WO-09393452

Dokumenten-Nr.: WO-09393452\_1  
Ausstellungsdatum: 13.06.2024

**Fallnummer:** 0122594858

**Auftraggeber:**

Justizvollzugskrankenhaus  
Nordrhein-Westfalen  
Hirschberg 9  
58730 Fröndenberg

**Leistungsempfänger:**

Justizvollzugskrankenhaus  
Nordrhein-Westfalen  
Hirschberg 9  
58730 Fröndenberg

**Kontaktdaten:**

Philips GmbH Market DACH  
Röntgenstrasse 22  
22335 Hamburg  
Tel.: 0800 3333544  
Email: service.hc.de@philips.com

**Kundenkontakt Details**

[REDACTED]  
[REDACTED]@de

[REDACTED]  
Mobil: nicht zutreffend

**Details zur Durchführung**

Technikernamen: [REDACTED]  
Angelegt am: 09.11.2023  
Priorität: 5 Geplante Aktivität  
Auftragsart: Wartung

Vertrags-Nr.: CON0750349  
Wartungsplan: Primary IS DE  
Garantie: nicht zutreffend

**System Details**

System: MobileDiagnost wDR 712001  
Produkt-Nr.: 54201849  
Kunden eigene System-Nr.: nicht zutreffend

Serien-Nr.: 485633  
System-Nr.: 54201849  
UDI: nicht zutreffend  
Raum / Abteilung: MobileDiagnost wDR

Fehlerbeschreibung: Vorbeugende Maßnahme

Systemstatus: Der Besuch zur vorbeugenden Wartung ist abgeschlossen und das System wird wieder vollständig klinisch verwendet.

**Einsatzdaten**

Aktivität	Service Aktivität	Start Datum & Zeit	Ende Datum & Zeit	Dauer
Arbeitszeit	Service vor Ort	13.06.2024 08:45	13.06.2024 13:15	4,50
			Dauer gesamt:	4,50

**Techniker Hinweis**

Typ	Beschreibung	Angelegt am
Kunden Kommentare	Die Wartungsarbeiten wurden laut Herstellerangaben durchgeführt. Funktionsprüfung der Anlage.	13.06.2024


**Messmittel**

Systembeschreibung	Messmittel Code	Modell Nummer	Serien/Equipment Nummer	Kalibrierdatum
DOSE-KVP-LIGHT METER	TC261-011	RAYSAFE X2 - RF SENSOR	218953	28.04.2025
MULTIMETER	TC091-002	FLUKE 177	24900363	08.04.2025
DOSE-KVP-LIGHT METER	TC261-010	RAYSAFE X2 BASE UNIT	225732	28.04.2025
ELECTRICAL SAFETY TESTER	TC187-003	SECUTEST SIII M7010	XJ5088770001	09.04.2025

Service Mitarbeiter Unterschrift:



Kunden Unterschrift:  
Kundenname: MTRA  
Unterzeichner nicht verfügbar

Technikername:   
Datum: 13.06.2024 15:01  
Unterschrift erfasst

Auftrag: WO-09393452

Philips GmbH Market DACH  
Röntgenstrasse 22  
22335 Hamburg  
Deutschland  
WEEE-Reg.-Nr. DE 78232146

Geschäftsführung: Dr. Uwe Heckert (Vorsitzender), Vasco Ropers  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Baumann  
Sitz der Gesellschaft: Hamburg  
Registergericht Hamburg, 66 HRB 74 560  
USI-IdNr.: DE81292759

